

Altres disposicions

Decret

Exposició de motius

La diabetis mellitus és un trastorn general del metabolisme que es manifesta per una elevació anormal dels nivells de glucosa a la sang.

L'objectiu del tractament en la diabetis és, doncs, restaurar els nivells glucèmics normals, i per aconseguir-ho cal establir un tractament que variarà en funció del tipus de diabetis i del pacient. Aquest tractament pot consistir en la modificació dels hàbits (dieta i exercici), el tractament amb antidiabètics orals o la teràpia amb insulina, ja sigui insulina basal combinada amb antidiabètics o bé teràpia intensiva amb insulina.

Es considera teràpia intensiva amb insulina el tractament amb múltiples dosis d'insulina o bé amb una infusió subcutània contínua.

El control adequat dels nivells de glucosa en sang per part dels pacients és fonamental per evitar o retardar les complicacions de la malaltia que poden aparèixer a mitjà o llarg termini i els pacients diabètics en tractament poden requerir, per a un seguiment òptim, un autocontrol de la glucèmia capil·lar mitjançant tires reactives que permeti el maneig segur i efectiu del pla terapèutic.

Actualment hi ha dispositius que permeten el monitoratge continu de la glucosa en líquid intersticial. Aquesta mesura es correlaciona bé amb els valors de glucosa plasmàtica i permet conèixer les variacions de glucèmia en funció de l'alimentació i de l'activitat física pròpies de cada pacient i ajudar-lo a prendre decisions i a mantenir uns hàbits saludables, i pot ser un bon instrument per conèixer en profunditat la mateixa malaltia i per donar eines a l'usuari per afrontar-la d'una forma menys invasiva.

Entre aquests sistemes de monitoratge continu de la glucosa, els sistemes flaix (flash) destaquen per la seva simplicitat i l'absència de necessitat de calibratge, així com per un preu més baix. Aquests dispositius podrien ser utilitzats com a substituïts dels autocontrols per glucèmia capil·lar en el grup de pacients diabètics que, sense ser tributaris de teràpia intensiva amb insulina, necessiten autocontrols de forma regular. Per apropar aquesta tecnologia a aquest perfil d'usuari sense que això suposi un increment significatiu de la despesa finançada públicament, la participació de l'usuari s'estableix mitjançant una quantitat fixa que té en compte l'estalvi en les tires reactives que hauria d'haver utilitzat per a l'autocontrol de la glucèmia capil·lar.

Vistos els articles 134, 135, 136, 139 bis i 141 del Decret legislatiu del 16 de setembre del 2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social, que defineixen el sistema de nomenclatura, les tarifes de responsabilitat, el procediment per establir-les i actualitzar-les, les modalitats de participació de la persona beneficiària i el règim d'atorgament de les prestacions;

Vist que aquest mateix article 134 també estableix que correspon al Govern aprovar aquest sistema de nomenclatura per la via reglamentària amb un informe previ de caràcter preceptiu però no vinculant del Consell d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social;

Vist l'informe del Consell d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del 24 d'abril del 2018;

Vist el que s'ha exposat, el Govern, a proposta del Ministeri de Salut, en data 16 de maig del 2018, aprova aquest Decret, que té com a objecte establir la nomenclatura i les condicions de finançament dels dispositius de monitoratge en continu de la glucosa amb el sistema flaix per a pacients amb diabetis no tributària de tractament intensiu amb insulina.



Article 1

A efectes d'aquest Decret s'entén per sistemes de monitoratge flaix de la glucosa les tecnologies que permeten mesurar la glucosa de forma contínua al líquid intersticial mitjançant un sensor amb un filament inserit sota la pell i que donen una lectura contínua en temps real, sempre que el pacient apropi el lector al sensor. No disposen d'alarmes d'hipoglucèmia o hiperglucèmia i no cal calibratge amb glucèmies capil·lars.

Article 2

La nomenclatura i les condicions per al finançament per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social dels sistemes flaix de monitoratge de la glucosa per a pacients diabètics que no necessiten teràpia intensiva amb insulina s'estableix en l'annex.

Disposició transitòria

El règim d'atorgament de la prestació per tercer pagador en establiments sanitaris del Principat no serà efectiu fins que es disposi d'un sistema automatitzat amb comunicació en línia entre la Caixa Andorrana de Seguretat Social i el prestador per a la seva validació de drets.

Disposició final

El Decret entrarà en vigor el dia 1 de juny del 2018.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 16 de maig del 2018

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

ANNEX 1

Acte	Monitoratge continu de la glucosa amb sistema flaix (flash) per a pacients diabètics no tributaris de teràpia intensiva amb insulina.
Descripció	Implantació d'un sensor enzimàtic en el teixit cel·lular subcutani. Lectura dels valors de glucosa amb l'escaneig del sensor amb el lector o amb l'aplicació instal·lada en un dispositiu electrònic. Obtenció del valor de glucosa actual, indicador de tendència i gràfic d'evolució darreres 8 hores. La durada del sensor és de dos setmanes.
Lletra clau	MCF (monitoratge continu de glucosa amb sistema flaix)
Indicacions	Pacients diabètics no tributaris de tractament intensiu amb insulina que necessiten autocontrol regular però no intensiu de glucèmia capil·lar (habitualment una tira al dia i menys de tres). Entren en aquesta categoria els usuaris següents: - Diabètics en tractament amb insulina basal més antidiabètics orals - Tractament amb antidiabètics orals amb possibilitat de produir hipoglucèmies quan tenen professions de risc (xofers, conductors de maquinària pesada...) o bé quan, tot i no tenir professions de risc, han patit una hipoglucèmia greu en el darrer any o han presentat > 10% de valors < 70 mg/dL en la descàrrega del seu glucòmetre o pateixen hipoglucèmies inadvertides.
Participació de l'usuari i règim d'atorgament	Tarifa MCF: 59,90 € (durada 14 dies) Participació fixa de l'usuari: 42 € Compatible amb el finançament per part de la CASS d'un màxim de 50 tires reactives i 50 llancetes l'any mentre s'utilitzi el dispositiu. Es finançaran un màxim de 26 sensors l'any. Tercer pagador per als dispositius adquirits en establiments sanitaris dins d'Andorra.
Recomanacions	Es recomana que la prescripció es faci en pacients altament motivats i col·laboradors amb bon seguiment dels controls mèdics i coneixement de la malaltia.
Prescriptor	Metges de capçalera, pediatres, internistes i endocrinòlegs